

Общество с ограниченной ответственностью
«Казанский Центр Сертификации и Метрологии»
(ООО «Казанский ЦСМ»)

ИНН 1656067850, КПП 165601001

Юридический адрес: 420032, Республика Татарстан, город Казань,
улица Гладилова, дом 27, помещение 1013
Почтовый адрес: 420104, РТ, г. Казань, а/я 543

исх. № 113/01

от 24.01.2023

Информационное письмо о поверке

Настоящим мы, Общество с ограниченной ответственностью «Казанский Центр Сертификации и Метрологии» (ООО «Казанский ЦСМ»), уведомляем Вас о том, что Измерители артериального давления и частоты пульса автоматические OMRON M4 Intelli IT (ALRU) с серийными номерами, указанными в приложении №1 к настоящему письму, поверены 23.01.2023г. в соответствии с документом Р 1323565.2.001-2018 "ГСИ. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки" со сроком действия поверки до 22.01.2025г., включительно.

Результаты первичной поверки положительные.

В соответствии с Частью 4 Статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, которые публикуются в срок, не превышающий 40 рабочих дней с даты проведения поверки.

Приложение: Перечень средств измерений – 1 л.

Директор



Е.А. Кондратьева

Перечень средств измерений

Модель	Диапазон серийных номеров	Дата поверки	Действительно до (включительно)
OMRON M4 Intelli IT (ALRU)	202210000001V-202210000600V 202210000651V-202210000670V 202210000721V-202210000750V 202210000771V-202210001600V 202210002041V-202210002060V 202210002081V-202210002120V 202210002131V-202210002140V 202210002151V-202210002200V	23.01.2023	22.01.2025

Директор



Е.А. Кондратьева